

磁性体(金属等)持っていませんか？


室内には常に強力な磁場があり、磁性体吸着や火傷(熱傷)事故が起きています。

入室前にもう一度再確認!!

磁性体(金属類など)のMR検査室内への持込みは厳禁です。慣れていても、入室の前には再度確認を!

MR検査室内への患者搬入時や他の用件での入室時に、点滴台・ストレッチャー・酸素ボンベ等の大きなものから、ポケットに入れた事務用品・装身具等の小さなものまでMR装置に吸着される事故や、アルミ箔など貼付剤等に含まれる金属類が発熱して火傷(熱傷)を負う事故も発生しています。

万が一吸着させてしまったら無理に引きはがそうとせず、MR装置メーカーにご連絡下さい。



- ヘアピン
- イヤリング
- ネックレス
- ペン類
- 名札
- 腕時計
- 指輪

- 点滴台
Jバッグ
- 酸素ボンベ
- ストレッチャー
- 車いす
- 事務用品
- はさみ
- 体温計
電極類
- 医療用鋼製小物
(メス・留置針)
膿ぼん
- USB/SD/PC/
ACアダプター/
外付けHDD 等
- MR検査で影響を受ける恐れのある医療機器
- ペースメーカー
プログラマー
- パルスオキシメータ
バイタルサインモニタ
- サーモフレクト毛布
(アルミ裏打ち毛布)
- 聴診器
- 輸液ポンプ
(とくにACアダプター)
輸液ライン用キャップ
- バケツ
モップ等
- 脚立
- 掃除用具
ポリッシャー

